


**«Утверждаю»**  
**Главный инженер**  
**ООО «Бухарский НПЗ»**  
 **Б.Ж. Мустафоев**  
« 28 » 09 2022 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**на проведение технического обслуживания, регламентных работ, диагностики**  
**состояния весового оборудования, электронного терминала, предповерочной**  
**подготовки и поверки автомобильных весов типа ВАТ-60-16-3-2 согласно ГОСТ OIML**  
**R 76-1-2011 для ООО «Бухарский НПЗ»**

**I. НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА**

Проведение технического обслуживания, регламентных работ, диагностики состояния весового оборудования и электронного терминала, предповерочной подготовки и поверки автомобильных весов типа ВАТ-60-16-3-2 согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011 для ООО «Бухарский НПЗ»

**II. ОПИСАНИЕ УСЛУГ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ, КАЧЕСТВЕННЫЕ**  
**ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА)**

- Выполнение работ непосредственно на производственной площадке ООО «Бухарский НПЗ» (Ташкентская обл. г. Чиназ, территория бывшей нефтебазы «Пахта»);
- Перечень работ, выполняемых при обслуживании весового оборудования:
  - проверка отсутствия смещения весовой платформы от оптимального рабочего состояния;
  - выявление механических повреждений платформы и балок;
  - проверка наличия трещин на опасных участках сварных швов;
  - регулировка зазоров, упоров;
  - подтяжка болтовых и винтовых соединительных узлов;
  - проверка соосности датчиков, выравнивание при необходимости;
  - определение равномерности распределения нагрузки на датчики;
  - определение исходных характеристик каждого датчика;
  - определение степени выработки рабочей поверхности датчика;
  - замена масла в датчиках (при необходимости);
  - проверка (замена при необходимости) пыльников на датчиках;
  - проверка прочности контактов в соединительной коробке;
  - проверка целостности кабельных трасс;
  - определение сопротивления силовых и сигнальных кабельных линий;
  - тестирование и обновление программного обеспечения;
  - проверка контура заземления и шин заземления;
  - калибровка и настройка оборудования с посредством эталонных гирь;
  - транспортировка эталонных гирь (ввоз, вывоз и настройка весов эталонными гирями);
  - сдача весов в поверку подразделению ГУ «УзНИМ»

### **III. ЦЕЛЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА**

Выполнение необходимых мероприятий по поддержанию на требуемом уровне работоспособности автомобильных весов, предповерочная подготовка и поверка согласно требованиям НД и НТД с получением сертификата от ГУ «УзНИМ» на их дальнейшее использование

### **IV. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА (ИЛИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, В РАМКАХ КОТОРОГО ПРОИЗВОДИТСЯ ЗАКУПКА)**

Выполнение графика поверки СИ по ООО «Бухарский НПЗ»

### **V. ТРЕБОВАНИЯ К СООТВЕТствиЮ ТОВАРА НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ**

#### **В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ**

Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с рекомендациями НД и НТД компании-изготовителя автомобильных весов и требованиями ГОСТ OIML R 76-1-2011

### **VI. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ**

Участники конкурса должны представить следующие документы:

- Полная оснащенность необходимым инструментом, приспособлениями и расходными материалами для проведения работ, указанных в разделе II;
- Опыт работы в данной области не менее 3-х лет.

### **VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**

Поддержание работоспособности автомобильных весов, подтверждение требуемых метрологических характеристик по классу точности СИ согласно техническому паспорту и получение сертификата поверки от ГУ «УзНИМ» на дальнейшую эксплуатацию весов

### **VIII. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА**

Согласно условиям контракта

### **IX. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТОЯНИЮ УСЛУГ (ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ)**

Согласно требованиям НД и НТД, действующим на территории РУз

### **X. ТРЕБОВАНИЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ, ПЕРИОДИЧНОСТИ, СРОКУ ПОСТАВКИ ТОВАРА**

Не более 10 календарных дней после предоплаты по контракту

### **XI. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ**

Собственные средства «Заказчика»

## ХII. ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ ПОСТАВКИ УСЛУГ

Осуществляется силами «Заказчика»

## ХIII. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Представляемое предложения должно быть оформлено согласно требованиям ЗРУ № 684 от 12.03.2021г. и других действующих законодательных документов.

Составил:

Заместитель главного метролога:



Матюш И.В.

Согласовано:

Главный метролог:



Хамроев А.Р.